



Fundação Beneficente De Pedreira - FUNBEPE <funbepe.licitacao@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGAO ELETRONICO 005/2025 - FUNBEPE PEDREIRA

1 mensagem

Max Medical-Thais Mirelli <licitacao@maxmedical.med.br>

2 de abril de 2025 às 15:34

Para: funbepe.licitacao@gmail.com

Boa tarde, prezados.

Gostaria de solicitar um esclarecimento em relação à composição dos drenos dos itens 48 a 58, conforme especificado no edital do pregão eletrônico 90005/2025 (objeto: fornecimento de correlatos). Nos itens 48 e 58, foi solicitada a composição em PVC, enquanto nos itens 49 a 57, a composição deve ser em silicone.

Gostaria de saber se será aceito o material PVC em todos os itens mencionados, ou se a composição de silicone é obrigatória nos itens 49 a 57.

Agradeço desde já pela atenção e aguardo o retorno.

Qualquer dúvida, nos colocamos à disposição.



Horário de funcionamento: de Segunda à Quinta-Feira das 08:00hs às 18:00hs e Sexta-Feira das 08:00hs às 17:00hs



FUNDAÇÃO BENEFICENTE DE PEDREIRA – FUNBEPE

PEDREIRA-ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Henriqueta Rondello Canesso, 161 –Vila Canesso – CEP 13.927-118
Fone: (19) 3852-9630
CNPJ 59.006.460.0001/70 – Inscrição Estadual: Isenta.

2494

De: Departamento de Farmácia

Para: Departamento de Licitações

Ref. Esclarecimento – Maxmedical

Em relação ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa Maxmedical, informamos que os itens 48, 56, 57 e 58, devem ser entregues no material "PVC"; dos itens 49 a 55, no material "silicone".

Os descritivos levaram em consideração a conduta médica aplicada neste hospital, observando a orientação da equipe médica.

Pedreira, 04 de abril de 2025.

marcos

Marcos Paulo Gomes

DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA