



Fundação Beneficente De Pedreira - FUNBEPE &lt;funbepe.licitacao@gmail.com&gt; 2507

**Solicitação de esclarecimento item 59 do Pregão Eletrônico Nº 05/2025, processo licitatório Nº 04/2025**

1 mensagem

**atendimento@tecnocare.com.br** <atendimento@tecnocare.com.br>

4 de abril de 2025 às 16:11

Para: funbepe.licitacao@gmail.com

Cc: comercial@tecnocare.com.br

Prezados Senhores,

Vimos solicitar esclarecimento a respeito do item 59 do Pregão Eletrônico Nº 05/2025, processo licitatório Nº 04/2025, Nº no Compras gov. 90004/2025. O equipo solicitado no item 59 realmente necessita ser superior a 181 cm? O comprimento padrão do tubo de equipos é de 150 cm, caso a resposta seja que realmente se faz necessário equipo com tubo com comprimento superior a 181 cm, nós gostaríamos que seja visto com o órgão em qual procedimento o mesmo é usado, pois 70 mil unidades de equipos com este comprimento não é habitual e temos receio cotar item fora da especificação.

Desde já agradecemos a atenção e aguardamos retorno.

Atenciosamente,  
Willames Maciel  
Ger. Adm. financeiro  
Fone: 11 3833-9006  
Cel: 82 98129-9748





## **FUNDAÇÃO BENEFICENTE DE PEDREIRA – FUNBEPE**

PEDREIRA-ESTADO DE SÃO PAULO  
Rua Henriqueta Rondello Canesso, 161 – Vila Canesso – CEP 13.927-118  
Fone: (19) 3852-9630  
CNPJ 59.006.460.0001/70 – Inscrição Estadual: Isenta.

2508

De: Departamento de Farmácia

Para: Departamento de Licitações

Ref. Esclarecimento – Tecnocare

Em relação ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa Tecnocare, informamos que devido à altura da cama na qual os pacientes ficam internados nesta fundação, a altura ideal do tubo do equipo, correspondente ao nosso suporte de soro é acima de 181cm. Isso porque, o número de perda de acessos venosos periféricos foi significativamente aumentado quando utilizamos os tubos de equipos menores (150cm). Assim, solicitamos maior comprimento do tubo de equipos para preservar a segurança do paciente e a qualidade da assistência prestada, evitando a perda do acesso e juntamente reduzindo a infecção hospitalar por novas punções venosas. Ressaltamos também que no transporte de paciente para exames entre hospitais, o comprimento do tubo de 180 se faz necessário, pois, na maioria das vezes os pacientes são transportados com a medicação em infusão, mantendo em suporte de soro superior a 180.

Em conclusão, essa fundação necessita que o comprimento do tubo de equipo seja superior a 181cm, como consta no descritivo.

Pedreira, 08 de abril de 2025.

*Eduarda Moreira de Souza*  
Farmacêutica  
CRF/SP 97376

Eduarda Moreira de Souza

**FARMACÊUTICA RESPONSÁVEL TÉCNICA**